Clipamed©

www.clipamed.fr

Ultimate Veress

Aiguilles

(CB3710ULT / CB3760ULT
PS3710ULT / PS3760ULT)

purple surgical
Cory Bros

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr

Aiguille de *Ultimate* Veress

(CB3710ULT / CB3760ULT
PS3710ULT / PS3760ULT)

FR

MODE D'EMPLOI

Lire les informations suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Indications :
L'aiguille de Veress ***Ultimate*** Purple Surgical / Cory Bros est utilisée dans les interventions abdominales très peu invasives afin d'établir un pneumopéritoine.

Contre-indications :
Cet instrument ne doit pas être utilisé lorsque les techniques très peu invasives sont contre-indiquées.

Description de l'appareil :
L'aiguille ***Ultimate*** Veress de Cory Bros / Purple Surgical possède un mécanisme de sécurité avec stylet épointé et chargement par ressort. Elle est utilisée pour créer un pneumopéritoine avant une endoscopie abdominale. L'aiguille en acier inoxydable de la jauge 14 est fixée, à l'extrémité proximale, à une poignée solide en plastique violet. La forme de la poignée permet le confort de la main et contient un robinet de gaz ainsi qu'un verrou luer-lok permettant le raccordement à un filtre d'insufflation et à un ensemble de tuyaux.

Mode d'emploi :

- En utilisant une technique stérile, retirez l'instrument de son emballage. Pour éviter de l'endommager, ne laissez pas tomber l'instrument sur le champ stérile.
- Effectuez une petite incision pour insérer l'aiguille de Veress ***Ultimate*** Purple Surgical / Cory Bros. Tenez la poignée de l'aiguille de Veress ***Ultimate*** entre le pouce et l'index, le majeur soutenant le reste de la poignée.
- Pendant l'insertion, inspectez la poignée de l'instrument afin de vous assurer que l'« indicateur de sécurité blanc » se trouve dans la partie proximale de la poignée (au plus près du robinet de gaz). Cette action indique la rétractation du stylet épointée et l'exposition de l'embout pointu de l'aiguille permettant la pénétration. N'essayez pas d'utiliser l'aiguille Surgical ***Ultimate de Cory Bros / Purple Surgical si le stylet épointé ne se rétracte pas dans l'étui de l'aiguille.*** Une fois que le stylet épointé est libéré de la tension du tissu, l'« indicateur de sécurité blanc » retourne dans le corps violet de la poignée et n'est plus visible.
- Procédez aux essais appropriés pour vérifier que l'aiguille de Veress ***Ultimate*** Purple Surgical / Cory Bros est correctement positionnée dans la cavité abdominale. Si le test d'injection de solution saline indique un positionnement correct, insufflez l'abdomen après avoir fixé un ensemble de filtres et de tubulures d'insufflation.
- Insufflez l'abdomen jusqu'à 14-18 mmHg tout en vous assurant que l'aiguille reste dans la cavité intrapéritonéale.
- Une fois le pneumopéritoine établi et après avoir vérifié la distension et la percussion symétriques de l'abdomen, retirez l'aiguille.

Précautions / Avertissements :

- Cet appareil est destiné à un usage unique et ne doit en aucun cas être réutilisé ou restérilisé. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Les procédures endoscopiques doivent être effectuées uniquement par des médecins disposant d'une formation et d'une connaissance adéquates de ces procédures. Il convient en outre de consulter les publications médicales en ce qui concerne les techniques, les risques, les contre-indications et les complications avant de réaliser ces procédures.
- Avant d'utiliser simultanément plusieurs instruments et accessoires endoscopiques de marques différentes au cours d'une intervention, vérifier leur compatibilité.
- Ne tentez pas d'utiliser l'aiguille Veress si le stylet mousse ne se rétracte pas après l'application d'une pression vers le bas sur la paroi abdominale.
- Vérifiez le positionnement correct de l'aiguille de Veress ***Ultimate*** Purple Surgical / Cory Bros à l'aide du test d'injection de solution saline. Attendez cette confirmation pour insuffler l'abdomen après avoir raccordé un ensemble de filtres et de tubulures d'insufflation.

Mesures de précaution concernant une utilisation unique :

Ce(s) produit(s) est (sont) fabriqué(s) et vendu(s) pour une utilisation unique. Il est interdit de retraiter et de stériliser à nouveau ce produit. Les effets de tout retraitement et de toute nouvelle stérilisation non autorisés peut entraîner les complications suivantes :

1. Contamination croisée en raison d'un retraitement / d'une nouvelle stérilisation inefficace.
2. Fatigue mécanique et défauts associés en raison des effets du processus de retraitement / nouvelle stérilisation.

Après utilisation unique, le produit doit être recyclé immédiatement en tant que déchet médical contrôlé

Fourniture
L'aiguille de Veress ***Ultimate*** Purple Surgical / Cory Bros est fournie à l'état stérile pour une utilisation sur un seul patient. Mettre au rebut après utilisation.

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr